



**Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту**

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 13–17 сентября 2010 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ – Нерассмотренные вопросы**

**Введение положения, упрощающего перевозку
загрязненных медицинских устройств**

Передано правительством Германии^{1, 2, 3}

Резюме

Сущность предложения:	Упрощение перевозки загрязненных медицинских устройств для проведения их дезинфекции, очистки или стерилизации с целью облегчения их повторного использования.
Предлагаемое решение:	Включить в раздел 2.2.62 дополнительный пункт.
Справочные документы:	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/33 (OTIF/RID/RC/2010/33) и доклад о работе последней сессии Совместного совещания ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118 (OTIF/RID/RC/2010-A), пункт 38.

¹ Настоящий документ был возвращен в Отдел транспорта ЕЭК Секцией управления документацией, поскольку в нем содержались ошибки редакционного характера.

Поэтому он был представлен повторно.

² В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

³ Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/57.



Введение

1. На последней сессии Совместного совещания (Берн, 22–26 марта 2010 года), Германия предложила ввести положение, упрощающее перевозку загрязненных медицинских устройств [см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/33 (OTIF/RID/RC/2010/33) и доклад о работе последней сессии Совместного совещания ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118 (OTIF/RID/RC/2010-A), пункт 38].
2. Предложение Германии о включении нового пункта 2.2.62.1.5.7 было прокомментировано рядом делегаций. Делегациям было предложено направить представителю Германии, в случае необходимости также после сессии Совместного совещания, дополнительные комментарии, чтобы подготовить проект многостороннего соглашения. Германия также объявила о своем намерении представить Совместному совещанию новое предложение.
3. Комментарии были в значительной мере включены в пересмотренное предложение.

Справочная информация

4. В практике врачей и больниц наблюдается растущая тенденция не проводить самим дезинфекцию, очистку или стерилизацию использованных медицинских инструментов или медицинских устройств, а возлагать эти задачи на внешних поставщиков услуг. В результате этого возникает все больше вопросов относительно того, как можно обеспечить безопасность связанных с этим перевозок, но в то же время их практическую осуществимость и приемлемый уровень затрачиваемых при этом усилий.
5. Такие использованные и загрязненные инструменты после их использования помещаются в металлические сетчатые тазы и перевозятся в плотно закрытых металлических сосудах.
6. Что касается риска инфицирования, который не может быть полностью исключен, то такие загрязненные медицинские устройства сопоставимы с отходами, отнесенными к коду отходов 18 01 04 (в соответствии с Европейским каталогом отходов – ЕКО), и не требуют более строгой классификации. По этой причине они могут быть освобождены от действия положений МПОГ/ДОПОГ при соблюдении определенных условий.
7. Если существует какая-либо потенциальная опасность, то она заключается в возможности причинения резаных ран острыми инструментами. Поэтому они должны перевозиться в жестких проколостойких сосудах, защищенных от любого несанкционированного вскрытия.

Предложение

8. Включить новый пункт 2.2.62.1.5.7 следующим образом:
[Примечание. Изменения по сравнению с первоначальным предложением ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/33 (OTIF/RID/RC/2010/33) выделены подчеркиванием или вычеркиванием.]

"2.2.62.1.5.7 Загрязненные медицинские устройства (такие, как хирургические инструменты), которые после их использования в медицинских учреждениях перевозятся с целью их дезинфекции, очистки или стерилизации ~~и до~~ последующего повторного использования, не подпадают под действие положений МПОГ/ДОПОГ, если они помещены в металлическую или пластмассовую жесткую, проколостойкую тару, которая должна быть сконструирована таким образом, чтобы удовлетворять требованиям в отношении конструкции, изложенным в разделе 6.1.4, и должна быть защищена от любого несанкционированного вскрытия. На таре должна иметься надпись с указанием ее содержимого ("зараженные медицинские устройства"). В случае использования транспортных пакетов на них должна наноситься такая же маркировка, если маркировка на таре не видна. Тара должна удовлетворять общим положениям по упаковке пунктов 4.1.1.1 и 4.1.1.2, ~~4.1.1.4 и 4.1.1.8 и раздела 4.1.3~~ и должна быть способна успешно выдержать предусмотренное в подразделе 6.3.5.2 испытание на падение, которое описывается в подразделе 6.3.5.3, с высоты 1,20 м. После соответствующей серии сбрасываний ни один предмет не должен проколоть стенку изнутри тары, и не должно произойти утечки жидкости. Должно быть возможным производить очистку и дезинфекцию тары. Положения глав 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, части 2 и разделов 7.5.1 (за исключением подраздела 7.5.1.4), 7.5.7 и 7.5.8 остаются в силе.

Это освобождение не применяется к зараженным медицинским устройствам, содержащим инфекционные вещества категории А. Им должны быть назначены, соответственно, № ООН 2814 или 2900.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это положение не применяется к медицинским устройствам, загрязненным или заполненным другими опасными грузами, отвечающими определению какого-либо другого класса".

Обоснование

9. Предлагаемый пункт позволит обеспечить перевозку загрязненных медицинских устройств в проколостойких, плотно закрытых сосудах. В случае аварии опасность причинения травм людям или животным будет меньшей. Опасность инфицирования может считаться крайне низкой и сопоставимой с опасностью, связанной с отходами, отнесенными к коду отходов 18 01 04 в соответствии с ЕКО, поэтому положения по упаковке, предусмотренные для таких отходов, являются достаточными также и в этом случае.

10. Поскольку термин "медицинское устройство" может относиться к широкому кругу различных медицинских устройств и приспособлений, которые могут быть загрязнены или в отдельных случаях заполнены другими опасными грузами (такими, как коррозионные, токсичные или легковоспламеняющиеся жидкости, твердые вещества или газы), в примечании уточняется, что упрощенное новое положение, содержащееся в пункте 2.2.62.1.5.7, не применяется к таким случаям.

11. Таким образом, не следует ожидать каких-либо неблагоприятных последствий для безопасности.